

KULLANIM KILAVUZU Infrared Termometre PCE-890U



Versiyon 1.1
Oluřturma Tarihi: 20/02/2017

İçindekiler

1 Giriş	3
2 Güvenlik Talimatları	3
3 Özellikler	3
4 Sistem Açıklaması	4
4.1 Ana cihaz açıklaması	4
4.2 LCD Ekran açıklaması	5
5 Kullanım	6
5.1 Ölçüm işlemi	6
5.2 Tuş işlevleri	6
5.3 Yazılım	6
5.3.1 Yazılımı kurma	6
5.3.2 Kullanım	7
5.4 Araç çubuğunun açıklaması	7
5.4.1 File Menüsü	7
5.4.2 View Menüsü	7
5.4.3 Control Menüsü	8
5.5 Simgelerin Açılımı	8
5.6 Pil değişimi	9
6 Geri Dönüşüm	10
7 İletişim	10

1 Giriş

PCE Instruments'ten bir PCE-890U satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.

2 Güvenlik Talimatları

- Lazer açık ise dikkatli olunuz.
- Lazeri hayvanlara veya onların olduğu yöne doğrultmayınız.
- Lazeri insanlara veya onların olduğu yöne doğrultmayınız.
- Lazeri kesinlikle gözlere veya yansıma olabilecek bir yere tutmayınız.
- Cihazı kesinlikle patlayıcı gazların yakın olduğu yerde kullanmayınız.
- Cihazı temizlemek için sıvı kullanmayınız, onun yerine kuru bez kullanabilirsiniz.
- Cihazı bizim tarafımızdan sunulan onarım tesisine gönderiniz veya cihazın bozuk olması durumunda bize gönderiniz.
- Cihazı yüksek ısıya veya neme maruz bırakmayınız.

Cihazı çalıştırmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlara uygun yapılmayan ölçümlerde oluşabilecek zararlardan PCE Teknik Cihazlar sorumlu değildir.

PCE Teknik Cihazlar bu kullanım kılavuzu nedeniyle oluşabilecek sorunlardan mesul değildir.

Şartlar ve koşullarda bulunan genel garanti koşullarına lütfen dikkat ediniz.

Sorularınız için PCE Teknik Cihazlar ile irtibata geçiniz

3 Özellikler


Ölçüm aralığı	-50 ... 1150 °C / -58 ... 2102 °F
Doğruluk	-50 ... 0 °C/-58 ... 32 °F : ±4°C
	0 ... 500 °C/32 ... 932 °F : 1.5% ±2 °C/3.6 °F Üstünde 500 °C /932 °F : 2% ±2 °C/3.6 °F
Ölçüm noktası	50:1
Emisyon derecesi	0,1 ... 0,1
Çözünürlük	0,1 °C (0,1 °F) <1000; 1 °C (1 °F) >1000;
Reaksiyon süresi	<250 ms
Spektral reaksiyon süresi	8 ... 14 um
Veri kaydı	Bilgisayar'da gerçek zamanlı mod
Polarite (Ekran)	Otomatik ekran; "-" negative değerleri gösterir, fakat pozitif değerlerin bir simgesi yoktur.
Lazer	Output < 1mW, 630 ... 670 nm, 2. sınıf (II)
Otomatik açma/kapatma fonksiyonu	Ölçüm cihazı kendini kapatır. Enerji tasarrufu nedenleri 20 saniye sonra kapanır

Çalışma şartları	0 ... +50 °C (-4 ... 140 °F); 10 ... 95 % RH
Depolama şartları	-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F); <80 % RH
Enerji akımı	9 V Pil
Ağırlık	290 g
Ölçü (L x W x H)	191,5 x 126 x 60 mm

4 Sistem Açıklaması

4.1 Ana cihaz açıklaması

1. LCD Ekran
2. Öne tuş
3. Lazer Pointer düğmesi/ Arkaplan aydınlatma
4. Geriye tuş
5. Ölçüm modunu seçme düğmesi
6. Somun vida
7. Pil bölmesi
8. Ölçümler için eylem düğmesi
9. Pil bölmesini açma düğmesi
10. IR Sensörü
11. Lazer Pointer



4.2 LCD Ekran açıklaması


1. Data HOLD Icon
2. Ölçüm sırasında bulunan simge
3. Emisyon simgesi
4. Lazer simgesi

Arkaplan aydınlatma simgesi

5. Sıcaklık birimi (°C/°F)
6. Ölçüm değeri ekranı
7. Seçilen ölçüm modu (MAKS/MIN/AVG/DIF)

8. DIF simgesi
9. AVG simgesi
10. Üst kademe için alarm ayarlama

11. MAKS/MIN simgesi
12. Pil seviyesi göstergesi
13. Alt kademe için alarm
14. Üst kademe için alarm
15. USB arabirimi simgesi



5 Kullanım

5.1 Ölçüm işlemi

1. Cihazı ölçülecek arayüze hazırlayın ve ölçümü başlatmak için eylem düğmesine basınız.
 2. Ölçüm işlemde olduğunda ekranda „SCAN“ – simgesi belirir. Ölçüm değerleri LCD ekranına yansır.
 3. Eylem düğmesine basmayı bırakırsanız otomatik HOLD fonksiyonu bir sonraki ölçüme kadar açılır. Mevcut veriler bu şekilde donar.
 4. Cihaz inaktif olduğunda cihaz 20 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
- Dipnot: Eğer sıcaklık bir önceki ortam sıcaklığından farklı ise 30 dakika boyunca cihazın asıcaklığa alışması için bekleyiniz. Pil azaldığında Lazer kapatılabilir. Ayarlama ve ölçülecek objeyi seçmek için kullanılır.

5.2 Tuş işlevleri

Yukarı / Aşağı düğmesi:

Laser Pointer düğmesi/ Arkaplan aydınlatma:

Mode düğmesi:

Yukarı / Aşağı düğmesi ile sıcaklık birimini ayarlayabilirsiniz. (°C;°F). Arkaplan aydınlatmasını açmak veya kapatmak için düğmeye kısa basınız. Bunun için cihaz HOLD modunda bulunmalıdır. Laser Pointer'i açmak için düğmeye ölçüm sırasında basınız. Farklı fonksiyonlar arası geçiş yapmak için düğmeye kısa basınız. Minimum ve maksimum değerleri ve ortalama değeri görebilirsiniz. Mode düğmesine uzun basarsanız emisyon simgesi yanıp söner. Yukarı / Aşağı düğmesiyle emisyon ayarını yapabilirsiniz. Mode düğmesine tekrar kısa süreli basarsanız üst bölme ve alt bölmedeki alarmı ayarlayabilirsiniz.


5.3 Yazılım

5.3.1 Yazılımı kurma

CD'yi takınız ve „Setup.exe“ simgesine tıklayınız, ardından yazılım kurulumlu başlayacaktır. Yazılım kurulumu talimatlarına bakınız.

5.3.2 Kullanım

1. Kurulum tamamlandıktan sonra programı çalıştırmak için masaüstü simgesine çift tıklayınız. Ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi ekranınızda programın ara yüzünü



göreceksiniz.

2. Bizim tarafımızdan gönderilen USB kablosu ile cihazı bilgisayara bağlayınız. USB arabiriminin yerini sistem tanımında görebilirsiniz. Cihaz otomatik olarak PC ile bağlanır.

5.4 Araç çubuğunun açıklaması


5.4.1 File Menüsü

Open:	Kaydedilen dosyaları açar
Save:	Verileri kaydeder
Print:	Kaydedilen veya şimdiki kayıtları çıktı alır
Exit:	Yazılımı sonlandırır



5.4.2 View Menüsü


Zoom In	Grafik eğrisine yakınlaştırır
Zoom Out	Grafik eğrisine uzaklaştırır
Zoom CLS:	Grafik eğrisi çıktı görünümüne geri döner.
Y Grid:	Y eksenini ızgarasını gösterir



X Grid:	X eksenini ızgarasını gösterir
Cursor Cross:	İmleç ile grafik üzerine gelirse verileri gösterir
Unit:	Sıcaklık birimini seçer (°C;°F)

5.4.3 Control Menü

Start:	Verileri kaydetmeye başlar
Stop:	Verilerin kaydını durdurur.
Connect: fonksiyonu	Cihaza manuel bağlantı
Disconnect:	Cihazı manuel bağlantısını kesme fonksiyonu



The 'New Record' dialog box contains the following fields and controls:

- Sample Rate:** A dropdown menu set to '1 s'.
- Unit:** A dropdown menu set to '°C'.
- High Alarm Value:** A text input field containing '40.0'.
- Low Alarm Value:** A text input field containing '0.0'.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

5.5 Simgelerin Açılımı

Kaydetme



Kaydedilerin dosyaları açma



Bağlantıyı ayırma



Yakınlaştırma



Veri kaydını başlatma



Manuel bağlantı



Uzaklaştırma



Grafik başlangıç pozisyonuna atlar



Arkaplan rengi seçimi



Grafik rengi seçimi



5.6 PİL DEĞİŞİMİ


5.6 PİL DEĞİŞİMİ

Pil seviyesi çok düşük olduğunda, bu pil ölçer simgesi ile gösterilir. Ölçüm yanlışlıklarını önlemek için pili zamanında değiştiriniz.

Bunun için batarya bölümünü ilgili tuş ile açınız. (Sistem tanımında bakabilirsiniz). Pilleri değiştiriniz ve batarya kapağını kapatınız.

Batarya bölümünü açmak için bu düğmeye basınız.

Batarya bölmesini tekrar kapatınız.



6 Geri Dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

Pil toplama noktası:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
Küçükçekmece / İstanbul

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

7 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

Posta:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon:

0212 471 11 47

Faks:

0212 705 53 93

E-Posta:

info@pce- cihazlari.com.tr



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHS
sertifikalıdır.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128